



Miastko, dnia 16.06.2020r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa środków dezynfekcyjnych”
- nr sprawy ZP06/PN/2020**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Dotyczy części nr 7: Pozycja 1

Czy zamawiający dopuści do oceny preparat zachowujący aktywność bójcą do 15 dni, kontrolowaną za pomocą testów paskowych konfekcjonowanych w opakowania 100sztuk z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?).”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„Dotyczy części nr 7.Pozycja 2. Czy zamawiający dopuści do oceny trójenzymatyczny preparat do manualnego i maszynowego mycia narzędzi , endoskopów oraz innych wyrobów medycznych, o potwierdzonym działaniu w czasie 30 sekund, posiadający właściwości bakteriostatyczne?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

„Dotyczy części nr 7.Pozycja 3 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 7 pozycji nr3 do osobnego pakietu?.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4:

„Dotyczy części nr 7.Pozycja 6. Czy zamawiający dopuści do oceny koncentrat myjąco dezynfekcyjny do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Skuteczność mikrobójcza w stężeniu 0,5%: bakterie (w tym legionella), grzyby (C.albicans), prątki (M.avium, M.terrae), wirusy: HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota – z możliwością poszerzenia działania wobec Noro, Adeno oraz grzybów A.niger. Z możliwością stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Możliwość stosowania do powierzchni i urządzeń mających jak i niemających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Preparat o przyjemnym zapachu, nie pozostawia smug, bez konieczności płukania mytych powierzchni?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.





Pytanie nr 5:

„Dotyczy części nr 8: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Neodisher Septo Activ, konfekcjonowany w opakowania o pojemności 2kg po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Parametry według załączonej ulotki.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.06.2020 r.

PREZES ZARZĄDU
Renata Kiempa

