



Miastko, 06.11.2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, opatrunków i rękawic” - nr sprawy ZP14/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Część 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z całkowicie silikonowym dwudrożnym cewnikiem Foleya o przekroju 10Fr i długości 42cm. Zestaw zawiera w szczególności podzielną kaniulę metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o długości 120mm do nakłucia nadłonowego, skalpel #11, oraz skrzydełka mocujące.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

„Część 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z całkowicie silikonowym dwudrożnym cewnikiem Foleya o przekroju 14Fr i długości 42cm. Zestaw zawiera w szczególności podzielną kaniulę metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o długości 120mm do nakłucia nadłonowego, skalpel #11, oraz skrzydełka mocujące.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

„Część 14, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z całkowicie silikonowym dwudrożnym cewnikiem Foleya o przekroju 14Fr i długości 42cm. Zestaw zawiera w szczególności podzielną kaniulę metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o długości 120mm do nakłucia nadłonowego, skalpel #11, skrzydełka mocujące oraz worek na mocz.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-2 z Części nr 14 i stworzy osobny pakiet?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 5:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Części nr 14 i stworzy osobny pakiet?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6:

„Część 16, pozycja 39-41

Bardzo proszę o podanie długości do zestawów do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera w pozycjach 39-41 w SIWZ brak takich danych.”





Odp. Zamawiającego:
Długość 20 cm.

Pytanie nr 7:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 39-41 z Części nr 16 i stworzy osobny pakiet?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:

„Część 16, pozycja 45

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego z dystalną końcówką zamkniętą posiadającą 3 otwory boczne w zestawie razem z: igłą Tuohy 18G o długości 80mm kodowana kolorem, z dokładnie dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi "skrzydełkami", cewnik o długości 90cm, wykonany z poliamidu, odporny na załamania, znaczniki długości, filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96h, sterylny, strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml, zatraskowy łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie, przewód i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO, zatraskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatraskową i gąbkową częścią przylepną niskoprofilową (wysokość do 5 mm). Igła znakowana co 1cm, cewnik znakowany co 1cm na długości od 5cm do 20cm. Produkt nie zawiera lateksu oraz ftalanów. Produkt sterylny, jednorazowego użytku pakowany pojedynczo.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 45 z Części nr 16 i stworzy osobny pakiet?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 46 z Części nr 16 i stworzy osobny pakiet?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §3 ust. 1-4).”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12:

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 7:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości **niezrealizowanej części** przedmiotu umowy, określonej w § 6 ust. 1 umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.





2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy, określonej w § 6 ust. 1 umowy, w razie odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości opóźnionego w dostawie przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości netto opóźnionego w dostawie przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości wadliwego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwego przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości netto reklamowanego przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 50 zł netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w utworzeniu lub uzupełnieniu banku – część nr 24, jednak nie więcej niż 10% wartości netto nieutworzonego lub nieuzupełnionego banku.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13:

„Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzielił: z Części nr 25 pozycję nr 1,2,3,4,5,10,11,12,13 w jedno osobne zadanie (np. Część nr 25a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a dzięki temu Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14:

„Część nr 25, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści chwytak o średnicy osłonki 2,4mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

„Część nr 25, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwań o średnicy ostrza igły 0,6mm lub 0,8mm (do wyboru Zamawiającego) i długości ostrza 4mm lub 6mm (do wyboru Zamawiającego), na cewniku o średnicy 2,4mm, bez metalowego kołnierza, w osłonce wykonanej z PTFE? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16:

„Część nr 25, poz. 3, 4, 5. Czy Zamawiający dopuści kleszcze w osłonce wykonanej z PE? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.





Pytanie nr 17:

„Część nr 25, poz. 10. Czy Zamawiający dopuści pętlę do polipektomii o średnicy 15mm, 25mm lub 32mm (do wyboru Zamawiającego), o średnicy cewnika 2,4mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18:

„Część nr 25, poz. 11. Czy Zamawiający dopuści pułapki z rurkami jak na załączonej ilustracji? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”



Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19:

„Część nr 25, poz. 12. Czy Zamawiający dopuści szczotkę jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu, dwustronną o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosów dwóch główek 6mm i 6mm przy długości narzędzia 2500mm, z plastikowymi kulkami chroniącymi kanał endoskopu przed zarysowaniami na końcach szczotki?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20:

„Część nr 25, poz. 13. Czy Zamawiający dopuści ustnik pakowany w zwykłe kartonowe pudełko? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21:

„Pakiet 26

Pyt. 1 – Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 26 pozycji nr 11-12 i stworzy z nich oddzielny pakiet?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.





Pytanie nr 22:

„Czy Zamawiający w poz. 11 dopuści: kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyłę, dodatkowy port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek zamykany standardowo bez dodatkowego mechanizmu, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi ułatwiający naprowadzenie w światło kaniuli? ”

Odp. Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 23:

„Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule posiadały dodatkowy port umieszczony centralnie w osi skrzydełek, zapewniający stabilność podczas używania?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 24:

„Czy Zamawiający w poz. 12 dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi?”

Odp. Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie nr 25:

„Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w części nr 37 określił że wymaga aby myjki były nasączone hypoalergicznym środkiem myjącym.

Czy zamawiający dla potwierdzenia hypoalergicznosci wymaga informacji o hypoalergicznosci środka myjącego na opakowaniu handlowym(zgodnie z aktualną ustawą o kosmetykach)?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 26:

„część nr 37 myjki

Czy zamawiający wymaga aby opakowanie handlowe myjek posiadało instrukcję użytkowania w języku Polskim oraz aby na każdym opakowaniu był podany skład środka myjącego?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 27:

„część nr 37 myjki

” Czy zamawiający poprzez stwierdzenie o posiadanym poziomie bezpieczeństwa kosmetyku wymaga aby środek myjący zawarty w myjkach był zarejestrowany zgodnie z aktualną ustawą o kosmetykach(na potwierdzenie-Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego?)

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 28:

„część nr 37 myjki

Czy zamawiający wymaga aby wymiary myjek miały co najmniej 20cmx24cmx0,5cm? Opakowanie handlowe 12 szt?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.





Pytanie nr 29:

„Część 4

Poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości zamienników czujników oryginalnych.

Prosimy o dopuszczenie kalibracji cyfrowej rozumianej jako dokładność pomiaru SpO2 $\pm 2\%$ w zakresie 70-100%

Prosimy o odstąpienie od wymogu identyfikacji czujnika przez monitor (co sprowadza się tylko do wyświetlania jego nazwy na ekranie) oraz od wymogu wewnętrznej pamięci zdarzenia spadku saturacji z uwagi na to, że parametry te spełnia wyłącznie jeden wykonawca.

Informujemy, że czujniki SpO2 są niezależnym wyrobem medycznym klasy IIb a zgodność z wymogami zasadniczymi, również z uwzględnieniem kompatybilności, jest potwierdzana przez jednostkę notyfikowaną certyfikatem CE.

Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30:

„Część 4

Poz. 2

Dopuszczenie czujnika dla noworodków do 3 kg oraz dorosłych od 30kg”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31:

„Część 1, poz. 8

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie z części 1 poz. 8 i utworzenie z niej osobnego pakietu.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32:

„Część 17, poz. 14-17,25-28,33-35,

Czy zamawiający wydzieli poz. 14-17,25-28,33-35 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33:

„Część 17, poz. 14-15,26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. ”

Odp. Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 34:

„Część 17, poz. 17

Czy zamawiający dopuści podkład 38 cm szerokości x 50 cm perf., 50 m.b., 100 sztuk w roli; wykonany z 1 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.





Pytanie nr 35:

„Część 17, poz. 34

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy niejałowy?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36:

„Część 26, poz. 12-13,22-24,32-34

Czy zamawiający wydzieli poz. 12-13,22-24,32-34 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37:

„Część 26, poz. 12

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?”

Odp. Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 38:

„Część 26, poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39:

„Część 26, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trój płaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml $\pm$ 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15 μ m, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier - folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40:

„Część 26, poz. 24

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41:

„Część 26, poz. 24





Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły bioreczej, natomiast kolekc igły bioreczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?"

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42:

„Część 26, poz. 22-24

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?"

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 43:

„Część 26, poz. 32

Czy zamawiający dopuści skalowanie co 1 ml?"

Odp. Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie nr 44:

„Część 26, poz. 33

Czy zamawiający dopuści długość złożonej strzykawki 15,3 cm, w stanie rozłożonym 25 cm?"

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45:

„Część 26, poz. 34

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?"

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46:

„Część 35, poz. 1-3,7

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?"

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 47:

„Część 35, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO?"

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48:

„Część 35, poz. 4-6

Czy zamawiający wydzieli poz. 4-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?"

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.





Pytanie nr 49:

„Część 36, poz.4-9,15-20

Czy Zamawiający wydzieli poz. 4-9, 15-20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50:

„Część 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z włókniny spunlance zamiast serwety kompresowej?”

Odp. Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 51:

„Część 18, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym o składzie: 80% włókna naturalne + 20% poliester?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52:

„Część 18, pozycja 2-4

Czy Zamawiający dopuści przecięcie papieru wzdłuż dłuższego boku?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 53:

„Część 18, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odp. Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 54:

„Część 18, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm lub 6x8cm?”

Odp. Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 55:

„Część 18, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a’25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odp. Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 56:

„Część 18, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 70x180cm pakowany a’30szt z przeliczeniem zamawianej ilości?”





Odp. Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 57:

„Część 18, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58:

„Część 18, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odp. Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 59:

„Część 18, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odp. Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 60:

„Część 18, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?”

Odp. Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 61:

„Część 18, pozycja 20-23

Czy Zamawiający dopuści tupfery wykonane z gazy 17 nitkowej?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62:

„Część 18, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści tupfer – kształt rożek?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 63:

„Część 18, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści tupfer pakowany a’5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odp. Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 64:

„Część 18, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści tupfer w rozmiarze ok. 15x15cm?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.





Pytanie nr 65:

„Część 18, pozycja 25-26

Czy Zamawiający dopuści opatrunek chłonny kombinowany w rozmiarze 20x25cm?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 66:

„Część 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice mikrochropowate z dodatkową teksturą na palcach, chlorowane od wewnątrz, o grubości na palcu 0,08mm +/-0,01, siła zrywu przed starzeniem 6N?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67:

„Część 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice mikrochropowate z dodatkową teksturą na palcach, wewnętrznie chlorowane, bez obustronnej polimeryzacji, o grubości na palcu 0,08mm +/-0,01, o sile zrywu przed starzeniem 6N, wolne od akceleratorów chemicznych -potwierdzone raportem z jednostki niezależnej?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68:

„Część 22, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające teksturę na palcach, AQL 1,5, grubość na palcu 0,16mm +/- 0,02, długość 290mm, siła zrywu 9N, wolne od akceleratorów chemicznych – potwierdzone raportem z jednostki niezależnej?”

Odp. Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 69:

„Pakiet 23, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o $AQL \leq 1,5$, zawartość protein $\leq 50 \mu\text{g/g}$, grubość na palcu 0,11mm +/-0,02, siła zrywu 6N?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 70:

„Część 36, pozycja 2-3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 71:

„Część 36, pozycja 10-12

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a' 1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odp. Zamawiającego:





Tak, zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 72:

„Część 36, pozycja 10-12

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania do 3 minut lub 5-6 minut?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 73:

„Część 36, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 3m, z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odp. Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 74:

„Część 36, pozycja 15-20

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy w równoważnych rozmiarach 4, 6, 8, 14 zgodnych z wymienionym przez Zamawiającego przeznaczeniem?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75:

„Część 37

Czy Zamawiający dopuści myję w rozmiarze 12x20cm wykonane z włókna poliestrowego o gramaturze 90g/m2?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 76:

„Część 37

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane a'24szt z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odp. Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 77:

„Część 37

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 12x20cm?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 78:

„Część 37

Czy Zamawiający oczekuje aby myjka była z datkiem aloesu oraz rumianku?”

Odp. Zamawiającego:

Nie, zamawiający nie oczekuje.

Pytanie nr 79:

„CZĘŚĆ NR 1





Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu serwet do zabiegów histeroskopii zgodnego z SIWZ, jednakże posiadającego w swoim składzie dwuwarstwową osłonę na kończyne?"

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80:

„CZĘŚĆ NR 1

Poz. nr 9 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu serwet do operacji żyłaków zgodnego z SIWZ, jednakże w którym serweta wzmocniona, która ma służyć jako przykrycie stolika, ma rozmiar min. 140 x 190cm?"

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81:

„CZĘŚĆ NR 2

Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do wklucia centralnego zgodnego z SIWZ, jednakże w którym igłotrzymacz ma rozmiar 14cm?"

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82:

„CZĘŚĆ NR 2

Poz. nr 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zaopatrywania małych ran zgodnego z SIWZ, jednakże w którym serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) ma rozmiar 75 x 75cm?"

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83:

„CZĘŚĆ NR 2

Poz. nr 7 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do znieczulenia zgodnego z SIWZ, jednakże w którym serweta z otworem przylepnym typu romb wykonana jest z laminatu dwuwarstwowego oraz w którym w zamian za igłę iniekcyjną 1,20 x 38 mm jest igła 1,20 x 40 mm?"

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84:

„CZĘŚĆ NR 2

Poz. nr 9 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do porodu naturalnego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 90 x 100 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta podpośladowa 2-warstwowa 100 x 120 cm z jednym workiem na płyny
- 1 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna 90 x 75 cm
- 2 x legginsy 75 x 140 cm półotwarte
- 1 x Nożyczki do episiotomii 14,5 cm
- 1 x Nożyczki chirurgiczne proste 13 cm ostro ostre
- 2 x Kleszyczki anatomiczne Pean proste 14 cm
- 20 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 6 warstw 30 g/m²
- 1 x wkładka higieniczna 12 x 33 cm





- 1 x miska nerkowata plastikowa 700 ml 23 x 8,7 cm
Pozostałe parametry zestawu bez zmian.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 85:

„CZĘŚĆ NR 3

Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kleszczyków chirurgicznych prostych typu Kocher spełniających wymagania SIWZ, jednakże o długości 14 cm?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 86:

„CZĘŚĆ NR 18

Poz. nr 9 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnego opatrunku z folii poliuretanowej z wcięciem, dodatkowo wzmocnionego włókniną. Opatrunek jest transparentny - umożliwia stałą kontrolę miejsca wklucia bez konieczności zdejmowania opatrunku. Pozostałe parametry opatrunku bez zmian.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87:

„CZĘŚĆ NR 18

Poz. nr 11 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu jednorazowego użytku zgodnego z wymaganiami SIWZ, jednakże pakowanego a’ 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88:

„CZĘŚĆ NR 36

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania waty celulozowej w płatach, w opakowaniach 5 kg, z wyceną za 1 kg, będącej wyrobem higienicznym z zastosowaniem stawki VAT 23%.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89:

„CZĘŚĆ NR 36

Poz. nr 7,8,9 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek elastycznych o długości 5 m z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90:

„CZĘŚĆ NR 36

Poz. nr 12 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o długości 3 mb, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.





Pytanie nr 91:

„PROJEKT UMOWY

§ 7 ust. pkt. 1, 2 i 6 – wnosimy o zmianę zapisów umowy w zakresie sposobu naliczenia kary umownej w taki sposób, by wysokość tej kary liczona była od niezrealizowanej wartości umowy, a nie od wartości przedmiotu umowy określonej w § 6 ust 1 umowy.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 92:

„Pakiet nr 8: Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji nr 2 i 24 do odrębnego pakietu, co pozwoli na udział większej liczbie oferentów, a tym samym pozyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej oferty w zakresie tego pakietu.”

Odp. Zamawiającego:

Jeżeli dotyczy pakietu nr 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 93:

„Pakiet nr 8 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu brzuszno – kroczonego różniącego się jedynie wymiarem serwety głównej tj. 260 cm x 310 cm wzmocnionej ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z otworem na krocze 10 cm x 15 cm z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytyami do przewodów i drenów oraz wymiarem serwety (owinięcie zestawu) na stolik narzędziowy 150 cm x 190 cm? Pozostałe elementy zestawu zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego:

Jeżeli dotyczy pakietu nr 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 94:

„Pakiet nr 8 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji ginekologicznych różniącego się wymiarami następujących elementów:

- serwety głównej 230 cm x 240/260 cm wzmocnionej ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem,
 - serwety pomocniczej przylepnej z folii PE 50cmx50cm,
 - taśmy samoprzylepnej 9cmx50cm
 - serwety (owinięcie zestawu) na stolik narzędziowy 150cmx 190 cm?
- Pozostałe elementy zestawu zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego:

Jeżeli dotyczy pakietu nr 1 Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 95:

„Pakiet nr 8 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do laparoskopii ginekologicznej o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta brzuszno - kroczone wzmocniona 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z otworem na krocze 10 cm x 15 cm z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytyami do przewodów i drenów?”

Odp. Zamawiającego:

Jeżeli dotyczy pakietu nr 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.





Pytanie nr 96:

„Pakiet nr 8 poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do pilnego cięcia cesarskiego o następującym składzie:

serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 fartuch chirurgiczny SMMS niewzmocniony 150 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 zestaw do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer CH 25 średnica 6 mm

1 skalpel jednorazowy ostrze nr 22

1 miska niebieska plastikowa 250 ml

20 tupferów (kule) z RTG rozmiar 29x35 cm

10 kompresów gazowych 17 nitek 16 warstw z RTG 10 cm x 10 cm

5 serwet laparotomijnych gazowych zielonych 4 warstwowych z RTG 40 x 40 cm

1 fartuch chirurgiczny SMMS niewzmocniony 150 cm

1 fartuch chirurgiczny SMMS wzmacniony 150 cm

1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm

1 serweta operacyjna do cesarskiego cięcia w ułożeniu ginekologicznym ze zintegrowanymi osłonami na kończyny 260 cm x 310 cm?”

Odp. Zamawiającego:

Jeżeli dotyczy pakietu nr 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 97:

„Pakiet nr 8 poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana różniącym się od opisanego jedynie rozmiarem osłony na kończyny tj. 33cm x 55 cm, ilością taśm samoprzylepnych – 1 szt. i ręczników - 2 szt.? Pozostałe elementy zestawu zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego:

Jeżeli dotyczy pakietu nr 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 98:

„Pakiet nr 8 poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji dłoni/stopy różniącym się od opisanego ilością taśm samoprzylepnych – 1 szt., ręczników do rąk – 2 szt.? Pozostałe elementy zestawu zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego:

Jeżeli dotyczy pakietu nr 1 Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 99:

„Pakiet nr 8 poz. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmacnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmacniona 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmacniona 150x250cm?”

Odp. Zamawiającego:

Jeżeli dotyczy pakietu nr 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.





Pytanie nr 100:

„Pakiet nr 8 poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji żyłaków o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
- 1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm
- 1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm
- 1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm?"

Odp. Zamawiającego:

Jeżeli dotyczy pakietu nr 1 Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 101:

„Pakiet nr 8 poz. 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety nieprzylepnej w rozmiarze 38cmx45cm?"

Odp. Zamawiającego:

Jeżeli dotyczy pakietu nr 1 Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 102:

„Pakiet nr 8 poz. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety przylepnej w rozmiarze 50cmx50cm z przylepcem lub nieprzylepnej w rozmiarze 45cmx75cm?"

Odp. Zamawiającego:

Jeżeli dotyczy pakietu nr 1 Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 103:

„Pakiet nr 8 poz. 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50cmx60cm z otworem o średnicy 6 cm otoczonym taśmą lepną?"

Odp. Zamawiającego:

Jeżeli dotyczy pakietu nr 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 104:

„Pakiet nr 8 poz. 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 75cmx90cm z otworem o średnicy 8 cm otoczonym taśmą lepną?"

Odp. Zamawiającego:

Jeżeli dotyczy pakietu nr 1 Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 105:

„Pakiet nr 8 poz. 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50cmx75cm z możliwością dostosowywania średnicy otworu?"

Odp. Zamawiającego:

Jeżeli dotyczy pakietu nr 1 Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 106:

„Pakiet nr 8 poz. 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni w rozmiarze 38 x 40 cm?"

Odp. Zamawiającego:

Jeżeli dotyczy pakietu nr 1 Zamawiający dopuszcza.





Pytanie nr 107:

„Pakiet nr 8 poz. 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 33x55 cm 24cmx80cm?”

Odp. Zamawiającego:

Jeżeli dotyczy pakietu nr 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 108:

„Pakiet nr 8 poz. 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo złożonej w inny sposób niż teleskopowo, lecz umożliwiającą aseptyczną aplikację serwety na stolik?”

Odp. Zamawiającego:

Jeżeli dotyczy pakietu nr 1 Tak, Zamawiający wyraża zgodę, z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 109:

„Pakiet nr 8 poz. 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca w rozmiarze 80 x 145 cm?”

Odp. Zamawiającego:

Jeżeli dotyczy pakietu nr 1 Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 110:

„Pakiet nr 8 poz. 23: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca, osłony na kamerę, zakończonej pierścieniem do zamocowania na przewodzie, z foliową taśmą lepłą na końcu osłony do zamocowania na przewodzie?”

Odp. Zamawiającego:

Jeżeli dotyczy pakietu nr 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 111:

„Pakiet nr 26 poz. 1,3,4,9,16,37,39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 112:

„Pakiet nr 26 poz. 10,11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 113:

„Pakiet nr 26 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli wykonanej z pur?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 114:

„Pakiet nr 26 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli z zastawką antyzwrotną?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 115:





„Pakiet nr 26 poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie spike z filtrem 1.2um?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 116:

„Pakiet nr 26 poz. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z igłą ściętą trójpłaszczyznowo z drenem o długości 150cm?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 117:

„Pakiet nr 26 poz. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu pakowane w folie?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 118:

„Pakiet nr 26 poz. 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rampy bez drenu?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 119:

„Pakiet nr 26 poz. 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rampy bez zaworu beziglowego?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 120:

„Pakiet nr 26 poz. 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 80 sztuk?”

Odp. Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę z zaokrągleniem ilości do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 121:

„Pakiet nr 26 poz. 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek polipropylen/ polietylen?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 122:

„Pakiet nr 26 poz. 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek o długości ok 16cm?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.





Pytanie nr 123:

„Pakiet nr 26 poz. 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie bezigłowego zaworu z przestrzenią martwą <0,10ml przepływ 320ml/h?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 124:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia tj. dysk uszczelniający, gumowa zatyczka, igła do butli z płynem, łączniki drenu, membrana kopułki, olej do instrumentów, o-ring, pierścień silikonowy, płytka półokrągła, szczoteczka czyszcząca, uszczelki, które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyceński), dla którego stawka VAT wynosi 23%?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 125:

„Dot. poz. 1 Czy w związku ze zmianą produktu na jednorazową, sterylną wersję Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego, sterylnego drenu kompatybilnego z Thermoflator? Pakowane są one po 10 szt. w nierozłącznym opakowaniu. Prosimy Zamawiającego o wskazanie ilości opakowań.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Prosimy o 1 opakowanie.

Pytanie nr 126:

„Dot. poz. 21. W związku z tym, iż pętle tnące są pakowane po 6 szt. w nierozłącznym opakowaniu prosimy Zamawiającego o wskazanie ilości.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza 6 sztuk.

Pytanie nr 127:

„Dot. poz. 33. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Szczoteczka do czyszczenia branszy instrumentów, opak. 5 szt.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 128:

„Dot. poz. 56 Czy w związku ze zmianą produktu na jednorazową, sterylną wersję Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego, sterylnego drenu do histeroskopii kompatybilnego z pompą Hamou Endomat? Pakowane są one po 10 szt. w nierozłącznym opakowaniu. Prosimy Zamawiającego o wskazanie ilości opakowań.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Prosimy o 1 opakowanie.

Pytanie nr 129:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.





Pytanie nr 130:

„Część 22, 23

W związku ze zmianą stanu prawnego dotyczącego ŚOI, wejściem w życie rozporządzenia unijnego PPER 2016/425/UE zastępującego dyrektywę 89/686/EWG oraz ustaleniem okresu przejściowego, prosimy o potwierdzenie możliwości zaoferowania rękawic spełniających normy EN 374 – 1 (z wył. pkt. 5.3.2), 2, 3 (zgodnie z dyrektywą) lub normy EN ISO 374-1, 2, 4, 5 i EN ISO 16523-1 (zgodnie z rozporządzeniem).”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 131:

„Wnosimy o modyfikację § 1 ust. 2 projektu umowy poprzez modyfikację sposobu przeprowadzenia szkolenia na szkolenie w formie zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 132:

„Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 10 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdorazowo nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.” UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 133:

„Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 6 projektu umowy poprzez wydłużenie przewidzianego nim terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE - Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także z zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.





Pytanie nr 134:

„Wnosimy o modyfikację § 7 ust. od 1 do 5 projektu umowy poprzez:

- a. Obniżenie kary umownej przewidzianej ust. 1 i 2 do wysokości 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy
- b. Określenie iż kara umowna przewidziana w ust. od 3 do 5 naliczana będzie odpowiednio bądź to od wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki (ust. 3) lub od wartości towaru reklamowanego za każdy dzień roboczy zwłoki (ust. 4 i 5).

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 135:

„Wnosimy o wykreślenie § 8 ust. 1 projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 136:

„Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 3 pkt 1) projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „Cena jednostkowa ulegnie zmianie w skutek zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.





Pytanie nr 137:

„Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 3a o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 138:

„Dotyczy Pakietu nr 41 pozycja nr 1: Czy w miejsce rękawa 50mm Zamawiający dopuści rękaw 55mm”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 139:

„Dotyczy Pakietu nr 41 pozycja nr 22: Czy Zamawiający dopuści test klasy 5 niesamoprzylepny”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 140:

„Dotyczy wzoru umowy §7 ust 1 i 2: Uprzejmie prosimy o obniżenie kary umownej do 10% wartości niezrealizowanej części umowy”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 141:

„Dotyczy wzoru umowy §7 ust 3-5: Uprzejmie prosimy o obniżenie kary umownej do 0,5% wartości dostawy”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 142:

„Pakiet nr 9 poz. 1 :

Z uwagi na to, iż niektóre parametry i właściwości medycznego wapna sodowanego do aparatów do znieczuleń mogą szkodliwie wpływać na pacjenta poprzez ryzyko rozpadu anestetyków i pojawienia się tlenku węgla („czadu”), prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wapno sodowane ma być ze wskaźnikiem zużycia (zmieniające barwę z białej na fioletową), w postaci granulek, o parametrach: kruchość 95%, zawartość wilgoci wody 12-19%, absorpcja CO₂ 19%, współczynnik pochłaniania w przybliżeniu 140l/kg, łączna zawartość metali alkalicznych do 4%?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.





Pytanie nr 143:

„Pakiet nr 16 poz. 16, 17, 18, 19, 20 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 16 pozycji 16, 17, 18, 19, 20 co umożliwi złożenie większej liczbie Wykonawców oferty cenowej a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty cenowej ?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 144:

„Pakiet nr 16 poz. 16 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski anestetycznej z przezroczystego PCV, zawór do napełniania mankietu, jednak mankiet maski jest wypełniony w stopniu nie wymagającym dopompowania, nie zawierająca ftalanów, kodowana kolorystycznie, rozmiar od 0 do 6?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 145:

„Pakiet nr 16 poz. 17:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski krtaniowej wykonanej z PCV ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. ”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 146:

„Pakiet nr 7 pozycja 10:Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 pozycja nr 10 najmniejszego dostępnego opakowania handlowego tj. 5 sztuk jednorazowych pętli do polipektomii. Wszystkie wymogi zgodne z zawartymi w SIWZ.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 147:

„Pakiet 12, pozycja 1 : Czy Zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny regulowany, przeznaczony do stosowania w ratownictwie medycznym, dla dorosłych, wykonany z tworzywa sztucznego, wyłożony miękką pianką, odporny na wnikanie wody, krwi, duży otwór z przodu na wysokości krtani pozwalający na sprawdzanie tętna, ukształtowany podbródek po wyjęciu z opakowania, 8 stopni regulacji , kompatybilny z RTG i MRI, możliwość wielokrotnego użycia?



Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ





Pytanie nr 148:

„Pakiet 12, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowego użytku (dla jednego pacjenta)

- dla dorosłych;
- objętość 1650 ml;
- możliwość podłączenia zaworu PEEP z użyciem dodatkowej złączki,
- zawór ciśnieniowy 60cm H₂O;
- rezerwuuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszaninie oddechowej oraz dren do podawania tlenu;
- maska twarzowa z powietrznym mankietem dla dorosłych?”

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 149:

„Pakiet 16, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu mikrobiologicznie czysty?”

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 150:

„Pakiet 16, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji lędźwiowej o długości 88 mm?”

Odp. Zamawiającego:

Jeżeli dotyczy pozycji 6 Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 151:

„Pakiet 16, pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji lędźwiowej o długości 88 mm?”

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 152:

„Pakiet 16, pozycja 10: Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji lędźwiowej o długości 88 mm?”

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 153:

„Pakiet 16, pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji lędźwiowej o długości 120 mm?”

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 154:

„Pakiet 16, pozycja 13: Czy Zamawiający dopuści linię próbkowania o długości 2,1 m lub 3,0m? ”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza długość 3 m

Pytanie nr 155:

„Pakiet 16, pozycja 14: Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu o szerokości 24-25 mm (+/- 10%) oraz długości od końca części akrylowej do końca łyżki 28-29 mm (+/- 10%)?”

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ





Pytanie nr 156:

„Pakiet 16, pozycja 22: Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych w rozmiarach:

Numer katalogowy	Rozmiar	Średnica zewnętrzna	Rekomendowany rozmiar rurki intubacyjnej	Długość
PA1801 06	6Fr	2.0mm	2.5 - 3.5	275 mm
PA1801 10	10Fr	3.3mm	4.0 - 5.5	340 mm
PA1801 14	14Fr	4.7mm	6.0 - 10.0	340 mm

„

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie nr 157:

„Pakiet 16, pozycja 24: Czy Zamawiający dopuści rękojeść do laryngoskopu z zielonym ringiem zamiast czopu umieszczonym pod mocowaniem rękojeści z łyżką?”

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 158:

„Pakiet 16, pozycja 25: Czy Zamawiający dopuści rozwidlacz dwukanałowy o długości ok 21 cm?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 159:

„Pakiet 16, pozycja 25: Czy Zamawiający dopuści rozwidlacz trzykanałowy o długości ok 12 cm?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 160:

„Pakiet 16, pozycja 27: Czy Zamawiający dopuści rurki ustno gardłowe Guedel wyłącznie w rozmiarach 000-40 mm i 00 – 50 mm?”

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 161:

„Pakiet 16, pozycja 29: Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z pojedynczą podziałką, wykonaną wyłącznie z PCV, bez pokrycia silikonem?”

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 162:

„Pakiet 16, pozycja 30: Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną wykonaną z PCV bez pokrycia silikonem?”

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ





Pytanie nr 163:

„Pakiet 16, pozycja 30: Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem w kształcie stożkowym?”

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 164:

„Pakiet 16, pozycja 30: Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z rozmiarem rurki umieszczonym na korpusie i opakowaniu jednostkowym?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 165:

„Pakiet 16, pozycja 30: Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z niewielką zawartością ftalanów?”

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 166:

„Pakiet 16, pozycja 33: Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheotomijną o parametrach:

- wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana
- rurka polecana do długotrwałej wentylacji
- kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny z nad mankietu
- dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem
- mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- linia rtg na całej długości rurki
- miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu w wersji stały lub ruchomy
- przewodnica
- 2 tasiemki mocujące
- balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki
- znacznik głębokości wprowadzania w wersji z ruchomym szyldem?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 167:

„Pakiet 16, pozycja 36: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania do rurek tracheotomijnych z łącznikiem do podawania leków z końcówką luer lock i długości 300 mm, spełniający pozostałe zapisy SIWZ?”

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 168:

„Pakiet 16, pozycja 37: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania do rurek intubacyjnych z łącznikiem do podawania leków z końcówką luer lock i długości 600 mm, spełniający pozostałe zapisy SIWZ?”

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.





Pytanie nr 169:

„Pakiet 16, pozycja 45: Czy Zamawiający dopuści Zestaw do znieczulenia kombinowanego (podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego).

Skład zestawu:

- igła ze szlifem Tuohy 18G x 80-88 mm, z tylnym okienkiem w osi igły - dla igły podpajęczynówkowej;
- igła podpajęczynówkowa ze szlifem Pencil Point 27G;
- cewnik zewnątrzoponowy z poliamidu długość 900-1000mm, czytelne znaczniki długości, tulejka założona na cewniku ułatwiająca wprowadzenie go do igły Tuohy;
- podłużny, zatrzaskowy łącznik cewnika,
- strzykawka 10ml, końcówka luer, ze skalą pozwalającą na ocenę objętości aspirowanego płynu;
- filtr płaski, 0,2-0,22 µm, objętość wypełnienia 0,45 -0,8ml?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 170:

„Pakiet 25, pozycja 13: Czy Zamawiający dopuści usznik gastroscopowy:

- jednorazowego użytku,
- z gumką silikonową, bez lateksu,
- pakowany w opakowanie foliowe a następnie w kartonik bez funkcji dyspensera?”

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 171:

„Pakiet 25, pozycja 13: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 13 z pakietu nr 25 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie na pozostałą część pakietu. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu?”

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 172:

„Pakiet 37, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści myjkę dla pacjenta o parametrach:

- Prostokątna ściereczka nasączona środkiem myjącym
- Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą
- Wykonana w całości z poliestru
- Rozmiary 12 x 20 cm
- Gramatura 100 g/m²
- Wyrób jednorazowy
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie 24 sztuki z przeliczeniem ilości?”

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 06.11.2020 r.

PREZES ZARZĄDU

Renata Kiempa

